

Test de grossesse

Détection Précoce Digital

- Fiable à plus de 99 % dès la date présumée de vos règles.
- Peut être utilisé jusqu'à 5 jours avant la date de retard des règles.
- **Lisez attentivement cette notice avant de faire le test.**

1 Effectuez le test

IMPORTANT

- Durant le test, ne maintenez **jamais** le bâtonnet-test avec l'extrémité absorbante orientée vers le haut.



À faire



À ne pas faire

Si vous effectuez le test dès la date présumée de vos règles, peu importe le moment de la journée que vous choisissez.

Si vous testez avant la date présumée des règles, utilisez les premières urines du matin.

- Lorsque vous êtes prête à effectuer le test, retirez le bâtonnet-test de sa pochette protectrice et ôtez le capuchon. Utilisez le test immédiatement.

VOUS POUVEZ Tester sous le jet d'urine

- Maintenez simplement l'extrémité absorbante dans votre jet d'urine pendant **5 secondes seulement**.
- Veillez à ne pas mouiller le reste du bâtonnet-test.
- Maintenez l'extrémité absorbante orientée vers le bas, remplacez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat.



OU

Recueillir un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec

- Placez simplement l'extrémité absorbante dans l'urine, comme indiqué, pendant **20 secondes seulement**.
- Maintenez l'extrémité absorbante orientée vers le bas, remplacez le capuchon et posez le bâtonnet-test à plat.



2 Indicateur de progression Clearblue

- L'indicateur de progression s'affiche alors sur l'écran, ce qui indique que le test fonctionne, et les segments apparaissent successivement pour indiquer la bonne progression du test.



Indicateur de progression

- Si l'indicateur de progression n'apparaît pas après utilisation du test, consultez la question 5.

3 Lisez votre résultat

- Lorsque l'indicateur de progression arrive à son terme, il disparaît de l'écran et votre résultat s'affiche.
- Cette procédure peut prendre jusqu'à 3 minutes, mais certains résultats peuvent apparaître en moins de 1 minute.
- Un résultat « Enceinte » reste affiché à l'écran pendant 6 mois maximum.
- Un résultat « Pas Enceinte » reste affiché à l'écran pendant environ 24 heures.



Si votre résultat est « Enceinte », consultez la question 9.



Si votre résultat est « Pas Enceinte », consultez la question 10.

Questions et réponses

1 Quelle est la fiabilité de Clearblue ?

Le test est fiable à plus de 99 % dès la date présumée de vos règles, selon des tests en laboratoire.

2 Comment le test Clearblue fonctionne-t-il ?

Lorsque vous êtes enceinte, votre organisme sécrète une hormone de grossesse, la gonadotrophine chorionique humaine (hCG). Le taux de hCG présente dans votre organisme augmente dès les premiers stades de la grossesse. Ce test peut détecter des quantités infimes de cette hormone dans vos urines (la sensibilité de ce test est de 25 mIU/ml).

3 Quand puis-je effectuer le test Clearblue® Détection Précoce Digital ?

La concentration en hormones de grossesse augmente rapidement dans les premiers jours de la grossesse, et ce test peut être utilisé jusqu'à 5 jours avant la date présumée de retard de vos règles (soit 4 jours avant la date présumée de vos règles). Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez un résultat « Pas Enceinte », il est cependant possible que vous soyez enceinte. Le tableau ci-dessous illustre les résultats des essais cliniques menés sur des échantillons d'urine recueillis chez des femmes enceintes :

Détection précoce de la grossesse

Nombre de jours avant la date présumée des règles	-1	-2	-3	-4
% d'échantillons provenant de femmes enceintes donnant un résultat « Enceinte »	95 %	90 %	82 %	51 %

- Pour calculer la date présumée de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle en comptant le nombre de jours entre le premier jour des règles et la veille du jour où débute votre prochain cycle.
- Si vos cycles sont irréguliers, prenez en compte votre cycle le plus long au cours des derniers mois.
- Si vous effectuez le test à partir de la date présumée de vos règles, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Si vous effectuez une détection précoce de la grossesse, utilisez les premières urines du matin. Évitez de trop boire avant d'effectuer le test.
- Si le résultat est « Pas Enceinte », mais que vous soupçonnez cependant une grossesse, consultez la question 10.

4 Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent-ils affecter les résultats ?

- Lisez systématiquement les instructions du fabricant relatives aux médicaments que vous prenez actuellement avant d'effectuer le test.

- Les médicaments pour favoriser la fertilité contenant l'hormone hCG peuvent entraîner des résultats erronés (ces médicaments pour favoriser la fertilité sont habituellement administrés par injection et un test trop rapproché par rapport à la dernière injection peut générer un résultat « Enceinte » erroné).
- Les autres traitements de fertilité (tels que le citrate de clomifène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, p. ex.) ne devraient pas affecter le résultat.
- Si vous avez récemment arrêté votre contraception hormonale ou si vous utilisez des traitements de fertilité comme le citrate de clomifène, vos cycles peuvent être irréguliers, ce qui pourrait vous amener à effectuer le test trop précocement.
- Si vous avez été enceinte récemment (même sans être arrivée à terme), il se peut que vous obteniez un résultat « Enceinte » erroné.
- Une grossesse extra-utérine, des kystes ovariens, la ménopause ou de très rares états médicaux peuvent entraîner des résultats erronés.
- Si vous obtenez un résultat « Enceinte », il est possible que vous receviez ultérieurement un résultat négatif en raison d'une fausse couche naturelle pouvant survenir au cours des premiers stades de la grossesse.

Si vous obtenez en effet des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.

5 J'ai utilisé le test, mais l'indicateur de progression ne s'est pas affiché. Qu'est-ce que cela signifie ?

Le test n'a pas été effectué correctement. Consultez la section « Erreurs de test » ci-dessous.

6 L'indicateur de progression est allé plus vite que prévu, qu'est-ce que cela signifie ?

Certains résultats peuvent apparaître en moins de 1 minute. Les segments de l'indicateur de progression apparaîtront par conséquent plus rapidement.

7 L'indicateur de progression s'est lancé mais n'est pas arrivé à terme et aucun résultat ne s'est affiché sur l'écran, ou un erreur s'affiche à présent. Qu'est-ce que cela signifie ?

Le test n'a pas fonctionné correctement. Consultez la section « Erreurs de test » ci-dessous.

8 J'ai utilisé le test mais aucun résultat ne s'est affiché à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie ?

Votre résultat doit s'afficher à l'écran dans les 3 minutes qui suivent le test. Dans le cas contraire, consultez la section « Erreurs de test » ci-dessous.

9 Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire ?

Si votre résultat est « Enceinte », consultez votre médecin, qui vous indiquera les étapes et les démarches à suivre.

10 Mon test indique que je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire ?

Vous pouvez ne pas être enceinte, ou le taux d'hormone de grossesse peut ne pas être suffisamment élevé pour être détecté, ou vous pouvez vous être trompée dans le calcul de la date présumée de vos règles.

- Si vous avez effectué le test trop tôt, effectuez un nouveau test à la date présumée de vos règles.
- Si vous avez un retard de règles, effectuez un nouveau test 3 jours plus tard. Si ce test indique un résultat « Pas Enceinte » mais que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

Erreurs de test

Erreur d'utilisation - une erreur s'est produite lors du test. La raison peut être la suivante :

- Vous n'avez pas orienté l'extrémité absorbante vers le bas, ou le test n'a pas été mis à plat après avoir été imbibé d'urine.
- La tige absorbante a été imbibée de trop ou trop peu d'urine.

Vous devez effectuer un autre test en utilisant un nouveau bâtonnet-test. Veuillez à bien respecter les instructions.

Erreur due au test

Le test n'a pas fonctionné comme prévu. Il est possible que le mode d'emploi n'ait pas été suivi correctement. Il vous faudra effectuer un nouveau test. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi.

Élimination de votre test

Avant de jeter le bâtonnet-test, retirez la pile. L'élimination de la pile doit respecter le programme de recyclage approprié. Pour retirer la pile, insérez une pièce dans la fente, au niveau de l'extrémité, et tournez pour ouvrir l'arrière du bâtonnet-test en le cassant.

Attention : ne démontez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu. Jetez le reste du bâtonnet-test conformément au programme de recyclage approprié pour l'équipement électrique. Ne jetez pas un équipement électrique au feu.



www.clearblue.com

Nos conseillères sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sauf jours fériés.
0800 102 865

Appel gratuit depuis un poste fixe, peut être facturé depuis un mobile.

Tous les appels sont enregistrés et peuvent être contrôlés pour assurer la qualité du service. Merci d'indiquer le numéro de lot.

Cet appareil DIV digital répond aux exigences de la norme EN 61326-2-6:2006 en matière d'émissions et d'immunité. Les contre-mesures CEM à l'intérieur de l'instrument électronique offrent une protection raisonnable contre les effets des interférences électromagnétiques susceptibles d'être rencontrées dans un environnement domestique. Les avertissements de prévention suivants s'appliquent aux équipements conformes à la norme EN 61326-26:2006. a) L'utilisation de cet instrument dans un environnement sec, surtout en cas de présence de matières synthétiques (vêtements synthétiques, maquettes, etc.), peut provoquer des décharges statiques destructrices qui peuvent entraîner des résultats erronés. b) N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de rayonnement électromagnétique intense (p. ex., téléphones portables), car elles pourraient empêcher son bon fonctionnement.

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Numéro de lot		Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Date de péremption		Température à ne pas dépasser 2 °C - 30 °C

Pour usage personnel à domicile. Pour diagnostic *in vitro* uniquement.

Ne convient pas à une utilisation interne.

Ne pas réutiliser.

Garder hors de portée des enfants. Conserver entre 2° et 30 °C.

En cas de stockage au réfrigérateur, sortir le dispositif et le laisser atteindre la température ambiante pendant 30 minutes avant de réaliser le test.

Ne pas utiliser si la pochette protectrice est endommagée.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Ce produit contient des piles. L'éliminer conformément à la réglementation locale.



0843



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.
Clearblue est une marque commerciale de SPD.

© 2017 SPD. Tous droits réservés.

2300501.01 07-2017